

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

IGF00/4-1/2016

Amely létrejött egyrészről az

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.

adószám: 15367716-2-08

pénzforgalmi jelzőszám: 10033001-00324254-00000000

képviselő: dr. Korányi László mb.főigazgató

mint **Vevő**

másrészt

Johnson & Johnson Kft.

székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.

adószám: 10495177-2-44

bankszámlaszám: 10800007-72188031-00000000

képviselő: Dr. Kassai Zoltán ügyvezető

mint **eladó** (a továbbiakban: **Eladó**)

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1) Preambulum

A Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek fennállása alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „**Különféle ortopéd traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére adásvételei szerződés keretében**” tárgyban, jelen szerződés megkötése céljából. Az eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a megajánlott termékek műszaki specifikációja – esetleges módosításokkal együtt – jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Vevő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és az ajánlattevőket a döntéséről az elbírálást követően, 2016.01.hó 04. napján megküldött összegezésben tájékoztatta. A Vevő közbeszerzési eljárást lezáró döntése szerint a benyújtott ajánlatok alapján, valamint a közbeszerzési eljárás során tartott tárgyaláson a nyertes Eladó adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó **II., III., VI. és VII. részekre** vonatkozó részajánlatokat, így az Eladó szerzett jogot arra, hogy a jelen szerződést megkösse. Az Eladónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott és nyertes ajánlata jelen Szerződés **3. számú mellékletét** képezi.

2) A Szerződés tárgya és időtartama

A Vevő megrendeli, az Eladó pedig szállítja és átadja **2016. február hó 01.** napjától a közbeszerzési eljárást tárgyat képező, különféle traumatológiai implantátumokat annak valamennyi tartozékával együtt - a 1.számú melléklet műszaki specifikációs fejezetében rögzített minőségben, kiszerezésben és választékban, valamint a 3.a. számú „Kereskedelmi ajánlat” melléklet termék típusonkénti árban és mennyiségben - a Vevő konszignációs raktárába (9400 Sopron, Győri út 15.), ahol az Eladó képviselőjének közreműködésével a termékeket azok tartozékaival együtt a Vevő szállítólevél alapján átveszi.

A traumatológiai implantátumokat a Vevő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel.

Az Eladó biztosítja a konszignációs raktár folyamatos feltöltését a 3. pontban leírtak alapján, legfeljebb azonban a 3.a. számú „Kereskedelmi ajánlat” melléklet termék típusonkénti árban és mennyiségben (legfeljebb -20 % mennyiségi eltérés) erejéig.

A Vevő ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a konszignációs raktárba szállított árut átveszi, valamint a konszignációs raktárból kivett áru ellenértékét megfizeti.

A kezdő konszignációs raktárkészlet a szerződéses mennyiség 1/12-ed részét jelenti. Azon termék tételek esetében, amelyeknél a 12 havi mennyiség kevesebb, mint 12 darab, a kezdőkészlet 2 darab, valamint 1 darab 12 havi mennyiségnél 1 darab.

Az induló kezdőkészlet közös megegyezéssel módosítható.

-Külföldi: -Készlet: 10.01.2016. (01.23.) - 10.01.2016.
-Pénzügyi osztály - 10.01.2016.
-Gazdasági osztály - 10.01.2016.
-Eladó: 10.01.2016. 10.01.29.: TV, Elc.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozott időtartamra kötik, jelen szerződés aláírásának napja megegyezik a szerződéskötés napjával.

3) A teljesítés helye, ideje és módja

A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.

A teljesítés véghatárideje:

A szerződéskötéstől számított 12 naptári hónap.

A teljesítés módja és a szállítási feltételek:

Az Eladó a traumatológiai implantátumokat a Vevő által kijelölt helyre és előzetesen, kölcsönösen egyeztetett időpontban, költségmentesen szállítja le. Az Eladó, a traumatológiai implantátumok konszignációs készletét a Vevő által kijelölt helyen, kölcsönösen egyeztetett időpontban, és módon, költségmentesen pótolja, a Vevőnél kihelyezett konszignációs készleteinek fogyása alapján.

Az Eladónak a jelen szerződés tárgyát képező ortopédiai traumatológiai implantátumokhoz mellékelnie kell a megfelelő szállítási okmányokat, valamint az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, továbbá csatolnia kell a CE tanúsítvány másolata mellett a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és a magyar nyelvű használati útmutatót.

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha az Eladó, vagy az általa igénybe vett fuvarozó a szállítmányokat a Vevő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás az Eladó kockázatára történik.

A konszignációs raktárban elhelyezett termék tulajdonjoga az Eladót illeti meg.

Vevő biztosítja a különféle ortopédiai traumatológiai implantátumok szakszerű és biztonságos tárolásának lehetőségét.

A különféle ortopédiai traumatológiai implantátumok elvesztéséből vagy megrongálódásából, illetve bármely más okból eredő kárveszély az Eladóról a Vevőre az átadás-átvételkor felvett jegyzőkönyv aláírásával száll át.

A Vevő az általa kezelt konszignációs raktárból igény szerint bármikor kivételezheti és felhasználhatja a szükséges termékeket. A termék tulajdonjoga a raktárból történő kivételezett termék ellenértékének megfizetését követően kerül át a Vevő tulajdonába. A Vevő a raktárkészletről, valamint a kivételezett termékekről folyamatos nyilvántartást vezet, amely egyik alapja az Eladó által kibocsátott számla ellenőrzésének. A Vevő köteles a felhasználás napját követő munkanapon lejelentést készíteni az Eladó részére, amely tartalmazza a felhasznált termék mennyiségét, és jellemző paramétereit.

Az Eladó a lejelentést követően jogosult a konszignációs raktárból kivételezett termék ellenértékéről szóló számla kiállítására, amelynek az alapja, a 3.a. számú „Kereskedelmi ajánlat” melléklet termék típusonkénti nettó egységára.

Az Eladó, a készletek visszapótlására maximum 2 munkanap kötelezettséget vállal.

Amennyiben a Vevőnek valamely termék esetében a kezdőkészletben rögzített mennyiségnél sürgősen többre van szüksége, jogosult eseti megrendelést küldeni az Eladónak a szerződéses mennyiség terhére. Az Eladó köteles 2 munkanapon belül leszállítani a terméket a konszignációs raktárba.

Az Eladó a konszignációs raktár feltöltésére, illetve kiegészítésére munkanapokon 8.00 órától 13.00 óráig jogosult.

4) Díj, fizetési feltételek

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező különféle ortopédiai traumatológiai implantátumok ellenértéke *a konszignációs raktárból kivételezett, valamint az eseti megrendeléssel szállított termékekről a lejelentést követő elszámolás, amelynek az alapja, a szerződés a 3.a. számú „Kereskedelmi ajánlat” melléklet termék típusonkénti nettó egységára, amelyben benne foglaltatik a termékek leszállításának költsége is a Vevő konszignációs raktárába.*

A díj tartalmazza az Eladó teljesítés során felmerülő valamennyi költségét. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték valutaneve a magyar forint (HUF).

A jelen szerződésben rögzített bruttó ellenérték egy jövőbeni (pl.: a jelen szerződés aláírásakor már bejelentett, de még nem hatályos) ÁFA-emelés esetén sem módosítható. Eladó mindezek tényét kifejezetten tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt ellenérték kialakítása során figyelemmel volt ezen tényre.

Az Eladó díja utólagos számszaki észrevételekre történő hivatkozással nem módosítható. A Vevő további díj fizetésére jelen Szerződés alapján nem köteles, az Eladó további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti.

A számlákat az Eladó kettő példányban nyújtja be a Vevő felé.

Vevő előleget nem fizet és előlegszámlát nem fogad el. A kifizetés akként történik, hogy az Eladó havonta utólag, Vevő részére számlát állít ki, a konszignációs raktárból történő felhasználás alapján, melyet ajánlatkérő 60 napon belül egyenlít ki, figyelemmel a Kbt. 130. §-ra, a Ptk. 6:130. § (3)-ra és az 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontra.

Amennyiben a számla, vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Vevő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul – legkésőbb a számla Vevő általi kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül – tájékoztatja az Eladót, aki haladéktalanul köteles intézkedni a számla vagy a számlával benyújtandó dokumentumok kijavítása érdekében.

Az Eladó tudomásul veszi, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind az Eladó, mind a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók esetében alkalmazni kell. Ennek megfelelően a havonta nettó módon számított 200.000,- (kettőszázezer) forintot meghaladó kifizetésnél Vevő abban az esetben fizethet, ha az Eladó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy az Eladó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Eladó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számlájára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti (Kbt. 125. § (4) bek. b) pontja).

Eladó szavatolja a leszállított ortopédiai traumatológiai implantátumok per-, teher- és igénymentességét. Eladó a jelen szerződés tárgyát képező ortopédiai traumatológiai implantátumok vonatkozásában a tulajdonjogot a teljes vételár hiánytalan kiegyenlítéséig fenntartja.

5) Az Eladó jogai és kötelezettségei

Eladó köteles a jelen adásvételi szerződés aláírását követően az ortopédiai traumatológiai implantátumokat a Vevő székhelyére hiánytalanul leszállítani.

Eladó kötelezően minimum 6 hónap jótállási időt vállal a leszállított különféle ortopédiai traumatológiai implantátumokra.

Az Eladó által esetlegesen a teljesítéshez igénybe vett szakemberek feladatellátásának tekintetében az elvárható tevékenységért, szakmai színvonaláért, megbízhatóságáért mindenkor az Eladó felel. Ebben a tekintetben az Eladó szakembereiért úgy felel, mintha a tevékenységet ő maga végezte volna el.

6) A Vevő jogai és kötelezettségei

Vevő köteles az Eladó szerződésszerű teljesítését elfogadni és azt a jelen szerződésben meghatározott módon igazolni, továbbá az igazolt teljesítés után járó díjat az Eladónak megfizetni.

Vevő köteles:

- a) Eladó szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat határidőben biztosítani;
- b) biztosítani Eladó szakemberének a munkavégzéséhez szükséges feltételeket;
- c) haladéktalanul értesíteni az Eladót a Szerződés teljesítése során bekövetkezett vagy valószínűleg bekövetkező, illetve tudomására jutó minden hiányosságról, kárról, illetve a szerződés szerű teljesítést befolyásoló egyéb lényeges körülményről.

A Vevő jogosult Eladónak feladati ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy kijelölt munkatársai révén ellenőrizni.

7) A minőség ellenőrzése

A szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozóan *a használati útmutató szerinti célra való alkalmasság és az igazolt jogszerű forgalomba helyezés.*

Minőségi kifogás esetén a Vevő a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 4 munkanapon belül megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan, de legkésőbb 15 munkanap alatt elvégezni.

8) A kártérítésre vonatkozó szabályok

Az Eladónak a szállításokat az Ajánlattételi felhívás és dokumentációban, valamint a jelen szerződésben megjelölt módon és tartalommal kell teljesítenie.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az Eladó neki felróható okból bármely olyan tevékenységgel, amelyre jelen szerződés határidőt szab, késedelembe esik, késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

A késedelmi kötbér mértéke a szerződéses nettó ellenérték 0,2 %-a/naptári nap legfeljebb 15 napig, ezt követően a Vevő a meghiúsulási kötbért érvényesíti.

Eladónak felróható okból fellépő nemteljesítés (meghiúsulás) esetén Vevőt a szerződéses nettó ellenérték 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg.

Az Eladó hibás teljesítés esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke naptári naponként a nettó szerződéses érték 1 %-a, a hiba kijavításának időszakára.

Amennyiben Eladó a meghatározott szállítási véghatáridő vonatkozásában 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Vevő jogosult a szerződéstől a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva elállni.

Ezen felül az Eladó az ezzel okozott kár megtérítésére is kötelezett.

Az Eladó kizárólag akkor mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

Eladó kizárólag akkor mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Vevőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

Az Eladó által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított/benyújtott számla késedelmes kiegyenlítéséből eredő kárért a Vevő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Vevőt. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől Vevő fizetési kötelezettsége fennáll.

A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Vevő jogosult bármely kötbérkövetelését az Eladó által kiállított számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni.

Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget az Eladó köteles 10 napon belül a Vevőnek átutalni. Amennyiben az Eladó nem egyenlíti ki a kötbértartozását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig, a fennmaradó kötbértartozása a következő késedelem/késedelmek összegébe beleszámít.

A Vevő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. A kötbért a Vevő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel.

Az Eladó nem kötelezhető kötbérfizetésre, kártérítésre, ill. nem kerülhet sor a szerződés nemteljesítése miatti felmondásra, amennyiben és amilyen mértékben a késedelem, vagy a szerződéses kötelezettségek elmulasztása vis major, vagy egyéb, Eladóon kívül álló okok következménye.

9) A Szerződés megszűnése

A Vevő a szerződést az Eladó súlyos szerződésszegése, illetve a következő tényállások valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani:

- a) ha az Eladó – a Vevő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
- b) ha az Eladó késedelembe esik és a Vevő által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le, illetve ha az Eladó a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte;
- c) ha az Eladó a titoktartási kötelezettségét megszegi;
- d) ha az Eladóval szemben csőd-, felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt áll.

A Vevő jogosult és egyben köteles is a szerződés felmondására – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha:

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.

A fentiek szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Az Eladó kötelezettsége, hogy a szerződés teljesítése során betartsa a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdésében az alvállalkozókra és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre meghatározott előírásokat.

10) A Felek együttműködése

A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. az Eladó értesítési kötelezettsége kiterjed különösen a teljesítés határidejét érintő körülményekre, a teljesítéséhez szükséges anyagok/eszközök beszerzésének akadályaira; a Vevő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények tekintetében áll fenn.

A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül az Eladó köteles a Vevő részére átadni minden, a Szerződés teljesítéséhez a Vevő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen Szerződés időtartama alatt végelszámolás alá kerül, valamint ha ellene, illetőleg alvállalkozó ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

A Vevő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Moser- Bán Katalin gazdasági osztályvezető
Telefonszám: +36 99514352
Telefaxszám: +36 99514250
E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu

Az Eladó által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név: Huszár Péter vagy Frolyó Kinga
Telefon: 06-1/391-4564 06-1/8842-885
Telefax: 06-1/8842-759
E-mail: jnj.medical.megrendeles@its.jnj.com

Eladót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződésben foglaltak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező anyagokban foglaltakkal kapcsolatosan. Vevő által az Eladó részére a jelen szerződés teljesítése céljából átadott információk, anyagok, dokumentumok szintén titoktartási kötelezettség alá esnek.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy Vevő által átadott illetve bármely módon vagy forrásból szerzett Vevővel illetve az 2.I. pont szerinti feladat tárgyával kapcsolatos információ (tény, kimutatás, adat, beszámoló) valamint az együttműködés során egymás üzleti tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutó valamennyi információ (tény, adat, megoldás, stb.) szigorúan bizalmasnak minősül, és ezen információk Eladó által nem hozhatóak harmadik fél tudomására, azok nem használhatók fel, kivéve ha jogszabály megköveteli a feltárást, illetve az információ felhasználását, vagy a Vevő írásban hozzájárult ehhez.

Eladó a titoktartási kötelezettség teljesítését az érdekében és képviselőjében eljáró személyek tekintetében is köteles betartatni. A jelen szerződés megszűnését követően a bizalmas információval a Vevő rendelkezik, így az Eladó köteles megtenni minden tőle elvárható annak érdekében, hogy az együttműködés megszűnését követően a Vevő jogai ne sérüljenek és az információk ne kerüljenek illetéktelen személyek birtokába.

Amennyiben Eladó a fenti titoktartási kötelezettségét megszegi, felek azt a jelen szerződés súlyos megszegésének tekintik és Vevő jogosult ennek megfelelően eljárni.

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor az Eladó számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Eladónak haladéktalanul írásban kell értesítenie a Vevőt a késedelemről, annak várható elhúzódásáról, okairól és köteles kötbérterhes póthatáridőt vállalni, a Vevő által meghatározottak szerint.

11) A szerződés módosítása

A Szerződő Felek jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénnyel összhangban, kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglalt esetek fennállása esetén módosíthatják. A Szerződés módosítására írásban, közös megegyezéssel kerülhet sor.

12) Záró rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében tett bármely nyilatkozataikat, értesítéseiket postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. A postai küldemények a megfelelő feladást követően 5 munkanap elteltével minden esetben kézbesítettnek tekintendők.

A Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 napon belül békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat, és a szerződés további mellékleteit úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők.

A Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére;
- jelen Szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen Szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

Jelen Szerződést a Felek együttes átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írták alá. A Szerződés négy (4) eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből egy példány az Eladóé, három példány a Vevőé.

Kelt: Sopron, 2016. január hó 15. napján

Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs Intézet

Vevő

mb.főigazgató gazdasági igazgató

Budapest, 2016. január 22.
Johnson & Johnson Kft.
1121 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.
Telefon: (06-1) 884 2729 • Fax: (06-1) 884 2729
CÉLTÁRSZÁM: 10800007-72188031
Adószám: 10495177-2-44

Johnson & Johnson Kft.

Eladó

Dr. Kassai Zoltán
ügyvezető

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek):

- 1.sz. Ajánlattételi felhívás(melynek része a műszaki specifikáció)
- 2.sz. Ajánlattételi dokumentáció
- 3.sz. A nyertes ajánlat
- 3.a. sz. Kereskedelmi ajánlat

**Végleges ajánlathoz
Kereskedelmi ajánlat**

II. rész:

Termék	Termék leírás	Műteti szám/év (db)	Nettó egység ár (Ft/db)	Nettó érték (Ft)
Elasztikus velőűrszeg TEN	Az elasztikus titán szeg (TEN) alapelve a metaphysisbe vezetett két elasztikus szeg szimmetrikus kifeszítettségén alapszik, amely minimál invazív beavatkozást követően széleskörű (Felkar, Alkar, Combesont, Lábszár, Kulcsont) alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. - A szegek a csontban három ponton támaszkodjanak fel és ennek köszönhetően négy biomechanikai elvárásnak tegyenek eleget: hajlékonyság, axiális stabilitás, keresztirányú és rotációs stabilitás. - A velőűrszegezés a gyermekkori dia- és metaphysis törések primer kezelésére, illetve felnőtteknél felkar- és alkarszegezésre, valamint claviculatörések ellátására adjon módot. - Az indikációt életkor, töréstípus és töréshely szerint együttesen kell mérlegelni. - Anyaga titánötvözet. - A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen. - Legyen minimál invazív behelyezési lehetőséggel, amely nem károsítja a csontthártyát és a növekedési porcot, legyen mozgás stabil, és biztosítson korai terhelést, valamint gipszrögzítés nélkül legyen alkalmazható. - Teljes méretsorban legyen elérhető (1.5-4.0 mm átmérőjű, 300, illetve 440 mm hosszú), amely szinkódolással legyen megkülönböztethető, széleskörű alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. - Legyen elérhető a szeg végére felhelyezhető záró sapka amely axiális stabilitást ad, illetve védjen a kicsúszás ellen valamint védje a lágyrészeket, illetve tegye lehetővé a szeg könnyed és egyszerű eltávolítását	50	34 488	1 724 400
UTN	A velőűrszeg álljon rendelkezésre tömör változatban orvosi acél alapanyagból. A tömör változatban legyen elérhető 8-9mm-es átmérőben, illetve ezen átmérőkön belül 255-420 mm hosszban 15 mm-es méretlépcsőkkel. A velőűrszeg legyen anatómiaiilag meghajlított hasáb formájú, ami segítse a szeg velőűrbe való behelyezését. A velőűrszeg proximális (térdközeli) vége négy irányból, három reteszeltető lehetőséggel legyen, amely reteszeltető lehetőség megoldást ad az AO beosztás szerinti 42-A, 42-C, Gustillo beosztás szerinti I-től IIIA-ig valamint IIIB típusú nyílt törések kezelésére. A velőűrszeg proximális reteszeltésekor legyen lehetőség a szeg dinamizálására is, amely mértéke maximum 8mm legyen, amely lehetőséget adhasson a szártörések dinamizálására. A velőűrszeg distális (boka ízület közeli) reteszeltése három irányból három csavarbehelyezési lehetőséggel adjon megoldást az AO beosztás szerinti 42-A, 42-C, Gustillo beosztás szerinti I-től IIIA-ig valamint III.B típusú nyílt törések kezelésére. A proximális reteszeltés négy irányból történő csavarbehelyezéskor használt reteszcsavarok legyenek 3.9mm-es csavarok, melyek hossza legyen elérhető 20-80mm-ig 5mm-es ugrásokkal. Ezen reteszcsavarok behelyezése proximális célzó segítségével történjen, valamint a legproximálisabb reteszcsavar zárókupak segítségével legyen axiális irányból is reteszeltető. A Distális reteszeltés 3.9 mm-es átmérőjű reteszcsavarral legyen megoldható, mely reteszcsavar legyen 20-80-ig elérhető 5mm-es ugrásokkal. Ezen velőűrszeg behelyezésére illetve kivételére álljon rendelkezésre behelyező készlet, mind a velőűr megnyitáshoz, mind a szeg bevezetéséhez, mind a proximális csavarok célzásához, behelyezéséhez, mind a szeg dinamizálásához, mind a distális csavarok behelyezéséhez, mind a zárókupak behelyezéséhez, mind a velőűrszeg eltávolításához.	10	58 673	586 730

(Large) Lemezek				
	(Small frag) L-támasztó lemez:	10	147 442	1 474 420
	Az anatómiai formázott titán, szögstabil furattal a fejen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely támasztólemez optimális megoldást jelentsen az ízületbe hatoló darabos törések és a romzónák stabilizálásában. - A stabilitás fokozása érdekében tegye lehetővé a tibiacondylus mediális és laterális megtámasztását illetve a tibiaplateau alátámasztását. - Az elvékonyodó lemezprofil minimalizálja a lágyrészek irritációját. - 3,5 mm-es formátumban jobbos, balos kivitelben teljes méret szortimenttel (4 lyukkal a fejrészen és 4-6-8-10-12-14-16 kombilyuk a száron) álljon rendelkezésre. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfűrés pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.			
Disztális tibia lemezek	Az anatómiailag előre formázott, titán , jobbos és balos lehetőséggel bíró, szögstabil furattal a fej részen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely alkalmas a mediális tibia stabil megtámasztására. A distalisán bevezethető rögzített szögállású legyen, amely megtámasztja az ízületi felszínt és biztos stabilizálást nyújt az ízületben hatoló darabos töréseknél, valamint osteoporotikus csontban is. - Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálja a lágyrészek irritációját. - A lemez 4 -6-8-10-12-14 kombifuratig jobbos, balos kivitelben legyen elérhető melynek fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavar vagy ezek kombinációja szükséges, amely teljes szortimentben legyen elérhető. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfűrés pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.	6	155 002	930 012
Disztális radius lemez I.	Anatómiailag előrehajlított legyen, fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos töréskezelést biztosító variábilis szögállású, szögstabil rendszer legyen. Az ízülethez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez legyen, mely a radius distális vég szögstabil rögzítését tegye lehetővé, poliaxiális kiképzésű önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal, az önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal és igény esetén a 2,4 mm-es hagyományos önvágó cortikális csavarokkal, melyek teljes szortimentben legyenek elérhető. Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. A poliaxiális csavarok 15° mozgást engedélyezzenek minden irányban. A poliaxiális szögstabil csavarok négy oldalon fekdjenek fel a lemez a variábilis lyukán, ezáltal megkönnyítik és lehetővé teszik a csavarok többszöri ki és behelyezését valamint megtartják a max. 15°-os csavarbehelyezésre a szögstabil állapotot. Anyaga titán jobbos, balos kivitelben, a fejrészen 6-7 variábilis lyukkal, a szárrészen 2-3-4-5 kombi lyukkal legyen elérhető. A beültető készlet tartalmazzon egy univerzális fűróvezetőt amely lehetővé tegye a variábilis és a fix szögletű csavarok előfűrészt, segítsen a pontos célzásban és a csavarszár-szög (írányonkénti max.15°) meghatározásában valamint legyen alkalmas a csonton lévő lemez pozicionálásában, elemelésében. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0.8Nm-es nyomatékszabályzós fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors	20	99 148	1 982 960

	fémeltávolítást. A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.			
Disztális radius lemez II.	Szögstabil, jobbos-balos kivitelben, 8 vagy 9 lyuk a fejben és 3-4-5 kombi lyukakkal a száron, 2,4mm-es speciálisan anatómiai kiképzett támasztólemezek teljes méret szortimenttel, titán változatban legyen elérhető, melyek az orsócsont voláris felszínére idomuljanak és az ulnaris a centrális és a radiális oszlopokra tökéletes stabilitását biztosítsák illetve optimális megoldást adjanak a darabos, romzónás törések stabilizálására. A rögzített szögállású konstrukció támassza meg az ízületi felszínt és biztos rögzítést adjon az osteoporotikus csontban is. A szögstabil fixációjához önvágó 2.4mm-es, 2.7mm-es cortikális és önvágó 2.4mm-es szögstabil reteszcsavar, vagy ezek variációja megfelelő méretválasztékkal álljon rendelkezésre. Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. A lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés distális célzó blokk segítségével legyen megoldható, mely határozza meg a distális ízületi síkot, ezzel segítve a lemez pontos felhelyezését. A lemez szárába a szögstabil csavarok behelyezéséhez menetes véggel bíró célzó álljon rendelkezésre, a csavarbehelyezést 0.8Nm-es nyomatékszabályzó segítségével történjen. - ami akadályozza meg a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavarok behelyezést. A rendszernek legyen tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titán anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban. A lemez titán ötvözetben és orvosi acél változatban legyen elérhető.	10	68 381	683 810
Olecranon lemez 3.5 mm	Anatómiai előre hajlított, az ízületekhez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez, mely az ulna proximális vég szögletstabil rögzítését teszi lehetővé szögstabil csavarok behelyezésével, illetve lehetőséget ad cortikális csavarok behelyezésére is. A proximális részen található csavarok egymáshoz viszonyított helyzete lehetővé teszi, hogy a súlyos romzónával járó ízületebe hatoló törések után is megfelelő rögzítést biztosítson a rendszer. Ezen furatok pontos célzását egy ún. célzó blokk segíti. Fej részén menetes kerek furatok találhatók, száron ovális kombi furatok – 2-től 4-6-8-10- 12 kombi furatig. Ezenkívül a fej részen Kirschner drót befogadására alkalmas kerek furatok is találhatók segítve a temporer rögzítést. A lemez a száron három helyen is kikönyvitett, mely az operáció közbeni pontos anatómiai modellálást segíti elő. Létezik jobbos és balos változata is. A lemez distális részén speciálisan elvékonyított, mely a submuscularis behelyezést biztosítja. ún. kombi lyukakkal rendelkezik, ezáltal 3.5 mm-es szögletstabil és 3.5 mm-es hagyományos cortikális csavarok is alkalmazhatók. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzó fejű bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túl húzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. A lemez anyaga titánium ötvözet.	5	128 750	643 750
Felkar distális töréseinek stabilizációja, mediális és dorsalis lemez	Az anatómiai előre formázott titán szögstabil furattal bíró a fej-, kombi furattal bíró a szár részen támasztó mediális és dorsalis lemez(ek) . - A lemezek végei, el kell, hogy vékonyodjon, hogy minimalizálja a lágyrészek irritációját. - Ez a lemezes technika tökéletes rögzítési opciót biztosítson az ízületbe hatoló romos, darabos törések kezelésére. - A lemez a rovatkáknál, bemetszéseknél még plusz legalább 4 °-os hajlítási lehetőséget kell hogy biztosítson a még jobb modellálás végett - A 3,5 mm-es formátumban 3-5-7-9 és 14 kombi furattal, a lemez szárán lévő fixációjához önmetsző 3.5mm-es cortikális és önmetsző 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyenek elérhetőek. - A 3,5 mm-es formátum fej (distális) részében, ahol a dorsalis oldali megtámasztás is szükséges egy „fül” segítségével 2,4/2,7 mm-es önmetsző szögstabil reteszcsavarok teljes szortimentben legyenek elérhetőek. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között - A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés és a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil	6	133 293	799 758

	csavarok becsavarásához egy 0.8 Nm-es nyomatékszabályzós fejfel bíró csavarhúzó a 2.4/2.7mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz és egy 1,5 Nm-es nyomatékszabályzós fejfel bíró csavarhúzó, a 3.5mm-es önmetsző szögstabil csavarokhoz amelyek megakadályozzák a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítják az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A beültető készlet tartalmazzon egy speciális célzó blokkot a fej részen lévő 2.4/2.7mm-es önmetsző szögstabil csavarok furatainak célzására, ami segít a pontos célzásban és a csavarszár –szög meghatározásában - A beültető készlet tartalmazzon egy a condylusokat ideiglenesen összetartó speciális komprimáló eszközt. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.			
Proximális felkar töréshez lemez	Az anatómiai előre formázott titán szögstabil lemez - Legyen szögstabil furata a fejrészen és kombifurata a szár részen: amely diszlokálódott 2, 3 darabos törések és 4 darabos romos törések fixációját is képes biztosítani - Osteoporotikus csontban is tökéletes stabilitást adjon. - Az anatómiai előre formázott titán szögstabil lemez a proximál humerus törésektől a komplex törésekig alkalmazható a kilenc proximális csavar lyuknak köszönhetően - A lemez fejében lévő csavarok konvergáló és divergáló iránya tökéletes stabilitást adjon. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyen elérhető. (Szögstabil reteszcsavar: 26 – 60 mm hossz; cortikális csavar: 24- 36 mm hossz) - Valamint igény szerint 3.5mm-es kanülált szögstabil önmetsző reteszcsavarok a csökkent csontállományú humerus fej biológiai cementtel történő augmentálása céljából teljes szortimentben elérhető legyen - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között- A lemez 3-5 kombilyukkal rendelkezzen a száron, valamint hosszú 6-8-10-12 kombilyukkal a száron változatban is elérhető legyen.- A lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés célzó blokkal legyen megoldható. A beültető készlet tartalmazzon a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy 1.5Nm-es nyomatékszabályzós fejfel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.	4	120 433	481 732
II. rész: Nettó érték mindösszesen (Ft)				9 310 572

III. rész.

Termék	Termék leírás	Műtési szám/év (db)	Nettó egység ár (Ft/db)	Nettó érték (Ft)
Trochanter szeg helikális pengével	Darabos tomportáji törések endomedulláris stabilizációjára szolgáló implantátum: Proximális femur törések kezelésére szolgáló implantátum, amely alkalmas: pertrochanter, intertrochanter, subtrochanter törések kezelésére is. A fej-nyak fragmentumot nem csavarral rögzíti, hanem úgynevezett helikális (csonttömörítő tulajdonsággal bíró) pengével, mely eredményesen akadályozza meg a fej terhelés hatására bekövetkező rotációját, illetve a varus-collapsust is. A fej-nyak fragmentumot nem csavarral rögzíti, hanem úgynevezett helikális (csonttömörítő tulajdonsággal bíró) pengével, mely eredményesen akadályozza meg a fej terhelés hatására bekövetkező rotációját, illetve a varus-collapsust is. Előnye még, hogy a penge felhelyezésekor csak a külső corticalis fúrjuk elő, így kevesebb csontot távolítunk el és jobban megőrizzük a fej és nyak vérellátását. A beavatkozás előnye tovább, hogy a nyakpengét illetve a reteszcsavart egyazon laterális bemetszésből tesszük be. Az anatómiai előre formázott endomedulláris implantátum anyaga titán, amelynek barázdákkal könnyített distalis vége alkalmas arra, hogy a szeg végénél bekövetkező esetleges stressztöréseket rugalmasságánál fogva kivédje, így biztosítható az atraumatikus bevezetés. A szeg tengelyéhez képest 125°-130°-135°szögben behelyezhető penge hossza 75-130 mm 5 mm-es lépcsőkkel; amellyel műtét közben komprimálni is lehet. A pengék perforáltak, melyekkel csökkent csontállományban biológiai cementtel augmentálni is lehet. A szeg, a csonttömörítő és önreteszelő tulajdonsággal bíró penge és a 4,9 mm-es reteszcsavar olyan egységet alkot, amellyel magas fokú rotációs stabilitás érhető el osteoporotikus	40	97 801	3 912 040

	csoniban is, amelynek behelyezését röntgen áteresztő (PEEK) külső célzókar segíti. A 4,9 mm-es reteszcsavar tartományok: -26-60-ig – 2mm-es ugrásokkal, valamint -64-80-ig – 4mm-es ugrásokkal, illetve -80-100-ig – 5mm-es ugrásokkal. A rövid szeg 200 vagy 240 mm hosszú és 9, 10, 11, 12 mm-es átmérőben áll rendelkezésre. A hosszú változat is teljes méretskálával igény szerint elérhető. A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen.			
III. rész: Nettó érték mindösszesen (Ft)				3 912 040


VI. Rész

Termék	Termék leírás	Műtéti szám/év (db)	Nettó egység ár (Ft/db)	Nettó érték (Ft)
Váll arthroszkópia instabilitás hoz (22)	Az Implantátum instabilitásra és rotátorköpeny szakadásra használható legyen, rendelkezzen dupla menettel, így jobb tartást biztosítson a csoniban, külön – külön a kortikálisban és spongióza állományban. Biztonságos és egyszerű legyen a használata, minimal invazív (arthroszkópos) műtéti technika alkalmazása is legyen lehetséges. Legyen elérhető 4.5mm, 5.5mm és 6.5mm-es változatban. Az anyaga legyen Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK) az anyag tulajdonságából fakadó nagy erőssége miatt. Rendelkezzen 1 vagy 3 pár felszívódó fonallal.	20	84 000	1 680 000
Váll arthroszkópia rotátorköpeny szakadás rekonstrukció-hoz (23)	Az implantátum rotátorköpeny szakadás rekonstrukció megoldására használható legyen. Nagy menet emelkedéssel és nagy menet mélységgel rendelkezzen a jobb tartás biztosítása érdekében, mind a kortikális, mint a spongióza állományban. Biztonságos és egyszerű legyen a használata mind minimal invazív (arthroszkópos) beavatkozás, mind nyitott műtéti technika választása esetén. Legyen elérhető 5.0mm és 6.5mm-es változatban. Anyaga titán legyen. Rendelkezzen felszívódó fonallal.	10	74 000	740 000
VI. rész: Nettó érték mindösszesen (Ft)				2 420 000

VII. rész

Térdizület első keresztszalag pótlása (24)	Femorális rögzítő elem Arthroszkópos úton végezhető ACL pótló rendszer része, amely a semitendinosus és gracilis inakat két db felszívódó tűske segítségével fixálja a femurhoz. A rendszer igény szerint tudja a BTB technikát is. A fixáció biztosítson 360°-os tapadási felületet. Az implantátumok sterilien legyenek csomagolva. A rendszer az előkészített grafthoz igazítja a femorális csatorna méretét. Anyagminőség: PLA(Poly Lactid Acid) Méret: 3,3mm X 42 mm(2 db) Tibiális felszívódó rögzítő hüvely Felszívódó hüvely, ACL pótló rendszer része, amely a semitendinosus és gracilis inakat az előkészített tibiális furatban négy irányba rendezi. Ezen hüvelybe belesavart felszívódó csavar segítségével a graft 360°-os tapadási felületet biztosítson.. Az implantátumok sterilien legyenek csomagolva. Anyagminőség: TCP/PLA (Tricalcium-phosphat/Poly lactid acid). Osteoconductiv anyag, felszívódási idő 36 hónap, felszívódáskor segítse elő a csontképződést. Méret: Small, Large Tibiális felszívódó rögzítő csavar Felszívódó csavar, ACL pótló rendszer része, amely a tibiális furatban lévő hüvelybe becsavarva fixálja a graftot. A méretét a graft átmérője szabja meg. Az implantátumok sterilien legyenek csomagolva. Anyagminőség: TCP/PLA (Tricalcium-phosphat/Poly lactid acid) Osteoconductiv anyag, felszívódási idő maximum 36 hónap, felszívódáskor segítse elő a csontképződést. minimum 3 féle méret: 30mm X 8mm, 30mm X 9mm, 30mm X 10mm	20	97 500	1 950 000
VII. rész: Nettó érték mindösszesen (Ft)				1 950 000

Budapest, 2015. november 24.


 Dr. Kassai Zoltán
 ügyvezető
 Johnson & Johnson Kft.