

Ez a hirdetés a TED weboldalon: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305825-2020:TEXT:HU:HTML>

**Magyarország-Sopron: Ultrahangkészülék
2020/S 125-305825**

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97694645

Postai cím: Győri út 15.

Város: Sopron

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

Postai irányítószám: 9400

Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Zsirai Erzsébet

E-mail: kozbeszerzes@sopronigyogykozpont.hu

Telefon: +36 99514200

Fax: +36 99514250

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.sopronigyogykozpont.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.sopronigyogykozpont.hu>

I.2) Információ közös közbeszerzésről

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548722020/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548722020/reszletek>

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Egyéb típus: egészségügyi intézmény

I.5) Fő tevékenység

Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

3 darab ultrahang készülék beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000548722020

- II.1.2) **Fő CPV-kód**
33112200 Ultrahangkészülék
- II.1.3) **A szerződés típusa**
Árubeszerzés
- II.1.4) **Rövid meghatározás:**
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045 projekt keretében 3 darab ultrahang készülék beszerzése az alábbiak szerint:
3 db ultrahang készülék leszállítása, üzembe helyezése, az UH készülékek használatának betanítása:
— 1. rész: 1 db Kardiológiai UH készülék
— 2. rész: 1 db Szülészeti-nőgyógyászati UH készülék
— 3. rész: 1 db Radiológiai UH készülék
Az eszközökkel kapcsolatos részletes elvárásokat a műszaki leírás (műszaki megfelelőségi táblázat) tartalmazza.
Valamennyi rész vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. A termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.
- II.1.5) **Becsült teljes érték vagy nagyságrend**
- II.1.6) **Részekre vonatkozó információk**
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
- II.2) **Meghatározás**
- II.2.1) **Elnevezés:**
1 db Kardiológiai UH készülék
Rész száma: 1
- II.2.2) **További CPV-kód(ok)**
33112000 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
33112200 Ultrahangkészülék
33124120 Diagnosztikai ultrahangos eszközök
- II.2.3) **A teljesítés helye**
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.
- II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045

projekt keretében 1 db Kardiológiai ultrahang (UH) készülék beszerzése (melynek keretében sor kerül az UH készülék leszállítására, beüzemelésére és a használatának a betanítására).

A betanítás időtartama: 3 óra

Az eszköz jótállási ideje min. 18 hónap.

A gyári monitor min. 21" képátlójú, 16:9 oldalrányú, minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható LCD monitor LED háttérvilágítással; A monitor felbontása min. 1920*1080; készülék tömege tartozékok nélkül max. 100 kg. Az érintőképernyő képátmérője min.10";

A kezelőpult alól kihúzható billentyűzet a páciens adatok megadásához. Automatikus képoptimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen 2 D és Doppler üzemmódban.

Min, 8 sávós TGC állítási lehetőség; Min. 8-szoros zoom (real time és utólagos); Rendszer dinamikatartománya min, 200dB; Frekvenciaértékek numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt. Color frekvencia külön megjelenítése a 2D frekvenciától függetlenül. Az elvárt vizsgálati mélység min. 30 cm; Az üzemmódok: 2D, M, Anatómiai M, Color Doppler, Power Doppler; Várható színes száma a színezhető 2D képen min. 10 db; Várható színek száma a színezhető PW Doppler spektrumon min. 10 db; Aktív képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma min. 3db; Lineáris vizsgálófejnek:

— a jeladó kristályok száma min. 192 db,

— képalkotás szélessége 35-50 mm

— frekvenciatartomány, alsó határértéke 2-5 MHz, felső határértéke:11-14 MHz

Phased array vizsgálófej:

— jeladó kristályok száma min.64 db

— látószöge min, 90 fok

— frekvenciatartomány alsó határértéke 1-2 MHz, felső határértéke:4-6 MHz

A beépített páciens adat-és képparchiváló rendszer SSD háttértár mérete min.500 GB; USB csatlakozó a készülékben elmentett képek exportálásához. A képek adathordozóra történő írásakor választható JPG és az AVI formátum; HDMI kimenet

Ajánlattevő köteles a műszaki megfelelőségi excelben feltüntetni a megajánlott berendezés tekintetében annak konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. A termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.

A tételes és részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 18 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 6 hónap) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 3. Készülék tömege tartozékok nélkül (kg-ban) (max. 100 kg, min. 80 kg) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 4. Kötelező 30 cm beállítható vizsgálati mélységen felül vállalt vizsgálati mélység mértéke (cm-ben) (min. 0 cm, max. 10 cm) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 5. Szélessávú THI üzemmód megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10

Minőségi kritérium - Név: 6. Bekapcsolható mérési zoom ablak megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10

Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 2

A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma:

EFOP-2.2.20-17-2017-00045, A Támogatás intenzitása: 100 %

II.2.14) **További információk**

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

1db Szülészeti-nőgyógyászati UH készülék beszerzése

Rész száma: 2

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33112000 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések

33112200 Ultrahangkészülék

33124120 Diagnosztikai ultrahangos eszközök

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne:

9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer

orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045

projekt keretében 1 db Szülészet-nőgyógyászati ultrahang készülék beszerzése (melynek keretében sor kerül az UH készülék leszállítására, beüzemelésére és a használatának a betanítására).

A betanítás időtartama: 3 óra

A készülék jótállási ideje min. 18 hónap.

A gyári monitor min. 21" képátlójú, 16:9 oldalirányú, minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható LCD monitor LED háttérvilágítással. A monitor felbontása min. 1920*1080; A készülék tömege tartozékok nélkül max. 100 kg. Kezelőpultra szerelt, legalább kétfokozatú gélmelegítő.

Állítható magasságú és az alapkészüléktől függetlenül forgatható kezelőpult. Érintőképernyős kijelző képátlója min 10".

A kezelőpult alól kihúzható billentyűzet a páciens adatok megadásához;

Automatikus képtimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen 2 D és Doppler üzemmódban.

Min 8 sávós TGC állítási lehetőség. Min. 8-szoros Zoom (real time és utólagos)

Rendszer dinamikataromány min 200 dB. Frekvenciaértékek numerikus megjelenítése a vizsgálat alatt; Color frekvencia külön megjelenítése a 2D frekvenciától függetlenül

A berendezés vizsgálati mélysége min. 30cm. Üzemmodok: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler

Választható színek száma és színezhető 2D képen min. 10 db; Választható színek száma a színezhető PW Doppler spektrumon min 10 db; Választható MAP-ek száma a Color Doppler képen min. 10 db;

Aktív képkötő vizsgálofej csatlakozók száma min. 3 db.

Konvex vizsgálofej- hasi vizsgálatra:

— Látószög min.60 fok

— Frekvenciatartomány sáv szélessége min 2,0- 6,0 MHz

Konvex vizsgálofej- 3 D hasi vizsgálatra:

— Jeladó kristályok száma min. 192 db

— Látószög 2 D üzemmódban min. 70 fok

— Frekvenciatartomány alsó határértéke: 1-3 MHz, felső határérték: 6-10 MHz

Mikrokonvex hüvely vizsgálofej:

— Jeladó kristályok száma min. 128 db

— Látószög min 145 fok

— Frekvenciatartomány, alsó határérték max. 4 MHz, felső határérték: 8-12 MHz

SSD hattértár mérete min. 500 GB. USB csatlakozó a készülékben elmentett képek exportálásához. A képek adathordozóra történő írásakor választható JP és az AVI formátum, HDMI kimenet.

Ajánlattevő köteles a műszaki megfelelőségi excelben feltüntetni a megajánlott berendezés tekintetében annak konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. A termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.

A tételes és részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 18 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 6 hónap) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 3. Készülék tömege tartozékok nélkül (kg-ban) (max. 100 kg, min. 80 kg) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 4. Kötelező 30 cm beállítható vizsgálati mélységen felül vállalt vizsgálati mélység mértéke (cm-ben) (min. 0 cm, max. 10 cm) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 5. Szélessávú THI üzemmód megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Bekapcsolható mérési zoom ablak megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-2.2.20-17-2017-00045, A Támogatás intenzitása: 100 %

II.2.14) **További információk**

II.2) **Meghatározás**

II.2.1) **Elnevezés:**

1 db Radiológiai UH készülék
Rész száma: 3

II.2.2) **További CPV-kód(ok)**

33112000 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
33112200 Ultrahangkészülék
33124120 Diagnosztikai ultrahangos eszközök

II.2.3) **A teljesítés helye**

NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:
9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) **A közbeszerzés ismertetése:**

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére az egészségügyi ellátórendszer orvostechnikai infrastruktúra készültségi szintjének javítása című felhívásra benyújtott EFOP-2.2.20-17-00045

projekt keretében 1 db Radiológiai ultrahang készülék (melynek keretében sor kerül az UH készülék leszállítására, beüzemelésére és a használatának a betanítására).

A betanítás időtartama: 3 óra

A készülék elvárt min. jótállási ideje 18 hónap.

Gyári monitor min 21" képátlójú, 16:9 oldalrányú, minden irányban forgatható, dönthető, karon mozgatható LCD monitor LED háttérvilágítással; Monitor felbontása min. 1920*1080; Készülék tömege tartozékok nélkül max. 100 kg.

Állítható magasságú és az alapkészüléktől függetlenül forgatható kezelőpult. Érintőképernyős kijelző képátlója min 10". Min. 8 sávós TC állítási lehetőség. Min. 8 -szoros Zoom (real time és utólagos)

Rendszer dinamikataromány min. 200dB. Color frekvencia külön megjelenítése a 2D frekvenciától függetlenül; Vizsgálati mélység min 30 cm.

Üzem módok: 2D, Color Doppler, Power Doppler

Választható színe száma a színezhető 2D képen min.10 db; Választható színek száma a színezhető PW Doppler képen min. 10 db; Választható MAP-ek száma a Color Doppler képen min 10 db;

Aktív képalkotó vizsgálófej csatlakozók száma min. 4 db.

Konvex vizsgálófej- hasi vizsgálatra

— Látószög min. 65 fok

— Frekvenciatartomány alsó határértéke 1-1,5 MHz, felső határérték: 6-9 MHz

Mikrokonvex vizsgálófej:

— Látószöge min. 90 fok

— Frekvenciatartomány, alsó határértéke 3-6MHz, felső határérték 9-12 MHz

Lineáris vizsgálófej- lágyrészek és ér vizsgálatra

— Jeladó kristályok száma min 192 db

— Képalkotás szélessége 35-50 mm

— Frekvenciatartomány sáv szélessége min 4,0-12,0 MHz

Lineáris vizsgálófej- lágyrész vizsgálatra

— jeladó kristályok száma min. 192 db

— képalkotás szélessége 35-50 mm

— Frekvenciatartomány alsó határértéke:3-7 MHz, felső határértéke: 15-18 MHz

SSD háttértár mérete min 500 GB. USB csatlakozó a készülékben elmentett képek exportálásához. A képek adathordozóra történő írásakor választható JPG és AVI formátum; HDMI kimenet.

Ajánlattevő köteles a műszaki megfelelőségi excelben feltüntetni a megajánlott berendezés tekintetében annak konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a műszaki leírásban hivatkozott, meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra „vagy azzal egyenértékű” termék ajánlható meg. A termék egyenértékűségének bizonyítása ajánlattevő feladata.

A tételes és részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5) **Értékelési szempontok**

Az alábbiakban megadott szempontok

Minőségi kritérium - Név: 2. Kötelező 18 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (hónapban) (min. 0 hónap, max. 6 hónap) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 3. Készülék tömege tartozékok nélkül (kg-ban) (max. 100 kg, min. 80 kg) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 4. Kötelező 15 percen túli akkumulátoros üzemmódban való üzemidő mértéke (percben) (min. 0 perc, max. 10 perc) / Súlyszám: 5

Minőségi kritérium - Név: 5. Szélessávú THI üzemmód megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 6. Bekapcsolható mérési zoom ablak megléte (igen/nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 65

II.2.6) **Becsült érték vagy nagyságrend**

II.2.7) **A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama**

Az időtartam hónapban: 2
A szerződés meghosszabbítható: nem

II.2.10) **Változatokra vonatkozó információk**

Elfogadható változatok: nem

II.2.11) **Opciókra vonatkozó információ**

Opciók: nem

II.2.12) **Információ az elektronikus katalógusokról**

II.2.13) **Európai uniós alapokra vonatkozó információk**

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
EFOP-2.2.20-17-2017-00045, A Támogatás intenzitása: 100 %

II.2.14) **További információk**

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) **Résztvételi feltételek**

III.1.1) **Az ajánlattevő/résztételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is**

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetében:

Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.

Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).

AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10.§ 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

III.1.2) **Gazdasági és pénzügyi alkalmasság**

III.1.3) **Műszaki, illetve szakmai alkalmasság**

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Valamennyi rész esetében:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelezőek.

M.1) A Kr. 21. § (1a) bek. b) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

- szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, kapcsolattartó neve, telefonszáma),
- a szállítás tárgya és az ellenszolgáltatás összege (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
- teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a), (14) bek.-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú referenciákkal:

- 1. rész vonatkozásában: nettó 8 500 000 Ft értékű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával
 - 2. rész vonatkozásában: nettó 9 700 000 Ft értékű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával
 - 3. rész vonatkozásában: nettó 9 800 000 Ft értékű ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával
- Ajánlatkérő ugyanazon referenciát elfogadja valamennyi ajánlati részre vonatkozóan, azaz több részre történő ajánlattétel elegendő a legmagasabb összegű referencia bemutatása – tekintettel az azonos, egyező beszerzési tárgyra. Amennyiben ajánlattevő a legmagasabb összegű referenciát igazolja, úgy automatikusan megfelel az ugyanezen tárgyban alacsonyabb összegben megjelölt alkalmassági követelménynek is.

Az előírt referenciakövetelmény legfeljebb 3 szerződésből teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

III.1.5) **Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk**

III.2) **A szerződéssel kapcsolatos feltételek**

III.2.2) **A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:**

Késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke késedelmes naptári naponként 1 %, legfeljebb 15 %, a kötbér alapja a késedelemmel érintett berendezés nettó értéke (azaz a teljes szerződéses összeg)

Hibás teljesítési kötbér: A kötbér mértéke 20 %, alapja a hibával érintett berendezés nettó ellenértéke. A Vevő a hibás teljesítési kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.

Meghiúsulási kötbér: A kötbér mértéke 30 %, alapja a berendezés nettó értéke (azaz a teljes szerződéses összeg). A késedelmi kötbérmaximum mértéke beleszámít a meghiúsulási kötbérbe.

AK előleget nem fizet.

Az AK a szerződésben rögzített tartalom teljesítését követően, az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.

A közbeszerzési eljárás megvalósítása az alábbi forrásból történik: Valamennyi rész esetében:

EFOP-2.2.20-17-2017-00045

A támogatás intenzitása: 100,000000 %.

Folytatás: VI.4.3) pontban

III.2.3) **A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ**

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) **Meghatározás**

IV.1.1) **Az eljárás fajtája**

Nyílt eljárás

IV.1.3) **Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk**

IV.1.4) **A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ**

IV.1.6) **Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk**

IV.1.8) **A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk**

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen

IV.2) **Adminisztratív információk**

IV.2.1) **Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel**

IV.2.2) **Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje**

Dátum: 03/08/2020

Helyi idő: 12:00

IV.2.3) **Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma**

IV.2.4) **Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:**

Magyar

IV.2.6) **Az ajánlati kötöttség minimális időtartama**

Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.2.7) **Az ajánlatok felbontásának feltételei**

Dátum: 03/08/2020

Helyi idő: 14:00

Hely:

Ekr.gov.hu

Az ajánlatok bontása az EKRr. 15. §-ának (2) bekezdése és a Kbt. 68. § alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak

A fizetés elektronikus úton történik

VI.3) További információk:

1) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani! Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

2) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja.

3) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös AT-k konzorciális megállapodását.

4) Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.

5) AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

6) AK a Kbt. 74. § (2) alapján kizárhatja az elj-ből azt az AT-t, akinek nem kell nemzeti elbánást nyújtani, ill. azt az AT-t, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, melynek nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

7) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Felolvasólapot (EKR űrlap)

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot - EKR űrlap

— Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot (Nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!) - EKR űrlap

— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilat. (nemleges tartalommal is) - EKR űrlap

— az értékelési résszemponatok alátámasztása kapcsán azon dokumentumokat, melyeket a KD II.4.4. és II.5.2. pontjai előírnak

— a külön ki nem emelt dok-kat, melyeket a Kbt. és a KD előír

8) A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt AK 60 napot ért (az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik)

9) A III.1.3) M/1. pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

10) Szakmai ajánlat:

— Műszaki megfelelési táblázat (pdf., excel).

Szakmai ajánlatot alátámasztó dokumentumok:

— A gyártó vagy forgalmazó által kiadott műszaki adatlap a megajánlott berendezések vonatkozásában

(Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy az értékelési résszemponatok alátámasztása

vonatkozásában a műszaki adatlapok szakmai ajánlatnak minősülnek és nem szakmai ajánlatot alátámasztó

dokumentumnak). Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a gyártó vagy forgalmazó

által kiadott műszaki adatlap a megajánlott berendezés vonatkozásában nem tartalmaz valamely, az Ajánlatkérő

által előírt műszaki paramétert, úgy a hivatkozott műszaki adat vonatkozásában a gyártó vagy forgalmazó által kiadott nyilatkozattal is igazolható a berendezés megfelelősége a műszaki adatlap helyett,

— CE tanúsítvány másolata a megajánlott berendezések vonatkozásában,

— Forgalomba hozatali engedély a megajánlott berendezések vonatkozásában.

A szakmai ajánlat csak a Kbt. 71. § (8) bekezdés alapján hiánypótolható.

11) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12) Irányadó idő: CET

13) Irányadó jogszab-k: Kbt., 321/2015.(X.30.) Korm.r., 424/2017.(XII.19.) Korm.r., Ptk.

14) Ponthatár: Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer:

Tárgyi eljárás 1. és 2. részei tekintetében: 1. részszerpont: fordított arányosítás, 3. részszerpont: legkedvezőtlenebb elváráshoz kapcsolódó arányosítás, 2.,4 részszerpontok: egyenes arányosítás, 5., 6. részszerpontok: abszolút értékelés (igen/nem).

Tárgyi eljárás 3. része tekintetében: 1. részszerpont: fordított arányosítás, 3. részszerpont: legkedvezőtlenebb elváráshoz kapcsolódó arányosítás, 2. és 4. részszerpontok: egyenes arányosítás, 5., 6. részszerpontok: abszolút értékelés (igen/nem). Kbt. 76. § (10) bek. alapján a módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.

15) FAKSZ: Dr. Zsirai Erzsébet 00739, dr. Husvéti Zsófia 01069

16) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

VI.4) **Jogorvoslati eljárás**

VI.4.1) **A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.4.2) **A békéltetési eljárást lebonyolító szerv**

VI.4.3) **Jogorvoslati kérelmek benyújtása**

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

"III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:" pont folytatása:

A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 60 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. alapján történik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. §-a szakaszában foglalt eltérések figyelembe vételével. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § rendelkezései vonatkoznak. A kifizetésre a Kbt. 27/A. § is irányadó.

A jelen eljárás utófinanszírozású.

A részletes szerz. biztosító mellékkötelezettségeket és a fizetési feltételeket a szerz.terv. tartalmazza.

AK előteljesítést elfogad.

Az ajánlattétel, a szerződés kifizetések pénzneme: HUF.

Eladónak a szerződés tárgyát képező termékekhez mellékelnie kell a megfelelő szállítási okmányokat, az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítványok egy

példányát, és a CE tanúsítvány másolata mellett a berendezések magyar nyelvű használati útmutatót, valamint a magyarországi forgalomba hozatali engedélyek másolatát. A szállítási okmányok, a minőségi tanúsítványok, és a berendezések magyar nyelvű használati útmutatójának csatolása a szerződés megkötésekor, de legfeljebb a szerződés aláírásától számított 8 napon belül szükséges (szerződéskötési feltételek), míg a forgalomba hozatali engedélyeket és a CE tanúsítványt az ajánlatban szükséges becsatolni.

VI.4.4) **A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be**

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Postai cím: Riadó u. 5.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1026

Ország: Magyarország

E-mail: dontobizottsag@kt.hu

Telefon: +36 18828592

Fax: +36 18828593

VI.5) **E hirdetmény feladásának dátuma:**

29/06/2020