



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Uniós, Nyílt eljárás - EKR000422352022

Visszavont közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya: **Karbantartási és javítási szolgáltatások**

Ajánlatkérő neve: **Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet**

HIRDETMÉNY FEJADATOK

TED azonosító: 10837/2022
EHR azonosító: 10837/2022

Közbeszerzési Értesítő iktatószáma:
Közzététel dátuma:

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet	Nemzeti azonosítószám	15367716208				
Postai cím:	Győri Út 15.						
Város:	Sopron	NUTS-kód:	HU221	Postai irányítószám:	9400	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Vargáné Kampós Gyöngyi						
E-mail:	kozbeszerzes@sopronigyogykozpo nt.hu	Telefon:	+36 99514200	Fax:	+36 99514250		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.sopronigyogykozpont.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	SYNTRON Mérnöki Iroda Kft.	Nemzeti azonosítószám	12762631241				
Postai cím:	Bécsi Út 67						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1036	Ország:	Magyarország

Kapcsolattartó személy:	Balassi	János
E-mail: syntron@syntron.hu	Telefon: +36 14532889	Fax: +36 14532890
Internetcím(ek)		
Lebonyolító címe: www.sopronigyogykozpont.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)		

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg:	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda:	Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés: Karbantartási és javítási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR000422352022
II.1.2) Fő CPV-kód(ok):
Fő CPV-kód(ok): 50420000-5

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés
--

II.1.4) Rövid meghatározás:

Karbantartási és hibajavítási szolgáltatások a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére

- 1.rész: Siemens karbantartása, javítása
- 2.rész: Dräger karbantartása, javítása
- 3.rész: Patológiai osztályos található mikrotómok karbantartása, javítása
- 4.rész: Digitális patológiai rendszer karbantartása, javítása
- 5.rész: Toshiba és Medisor gyártmányú röntgen berendezések karbantartása, javítása
- 6.rész: Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok éves karbantartása, javítása
- 7.rész: Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása
- 8.rész: Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, javítása

Ajánlatkérő részletes elvárásait a karbantartás és hibajavítás kapcsán a Közbeszerzési Dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll	Igen
---------------------------	------

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)

Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltsse ki az V. szakaszt)

vagy

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:

Pénznem:

(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)

(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - Siemens készülékek karbantartása, javítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az alábbi Siemens készülékek karbantartása, javítása vállalásos szerződés keretében:

1. MULTIX Fusion Digital: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. Továbbá eseti hibajavítások, az ehhez szükséges mennyiségű kiszállással és munkavégzéssel.
2. Luminos Fusion: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel.
3. syngo.plaza: Gyártó által előírt karbantartások, szoftveres frissítések, ezen munkákhoz tartozó kiszállási költséggel. Továbbá eseti hibajavítások, az ehhez szükséges mennyiségű kiszállással és munkavégzéssel.

Műszaki leírás, karbantartási protokoll:

- Siemens szervizkulcs használatával, a szerviz felületen az „Error log fájlok” elemzése/kiértékelése. Feltárt hiba esetén szükséges lépések megtétele;
- Szerviz felületen a berendezés kommunikációs hálózatának tesztelése az egyes komponensekkel;
- Berendezés/szerkezetek burkolatainak ellenőrzése, bontása a mechanikai alkatrészekhez való hozzáféréshez;
- Szükséges mechanikai karbantartási munkák elvégzése (kenés, olajozás, drótkötél, fékek ellenőrzése);
- Berendezés részegységeinek takarítása/szűrők cseréje (adott esetben, amely készüléknél releváns)
- Kábelek/kábel csatlakozások ellenőrzése;
- Tápfeszültségek és nagyfeszültségű kábelek mérése;
- Szerkezet mozgásainak vizsgálatai, végállás kapcsolók ellenőrzése;
- Fény-sugár mező egybeesés ellenőrzése/beállítása (adott esetben, amely készüléknél releváns);
- Vészkapcsolók működésének ellenőrzése;
- Berendezés összeszerelése;
- Siemens szerviz felületén az inverter, valamint a röntgen cső bemérése;
- Szerviz felületen keresztül a digitális detektor kalibrálása (adott esetben, amely készüléknél releváns);
- Szerviz felületen keresztül IQ (Image Quality) és QA (Quality Assurance) tesztek elvégzése
- Szerviz felületről a berendezés aktuális állapotának (expozíciós számláló, hőmérsékleti adatok) feljegyzése, kiértékelése;
- Teszt felvételek készítése fantommal;
- Védőföldelés mérése;
- Szórt sugárzás mérése;
- Időszakos felülvizsgálat elkészítése (a 4/2009. (III.17.) EüM rendelet előírásai szerint)
- Szerviz felületen az elérhető szoftverfrissítések telepítése
- Szerviz felületen a szoftveres konfigurációról biztonsági mentés készítése

Az árnak tartalmaznia kell a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat díját is.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.000.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra) 10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerzőpont alszerzőpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) - Súlyszám: 30

Rezsioradíj (nettó Ft/óra/fő) - Súlyszám: 30

Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) - Súlyszám: 30

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 2 - Dräger készülékek karbantartása, javítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Dräger készülékek karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében:

A karbantartás tartalmazza: a gyártó által előírt technológia szerint az időszakos karbantartások munkadíját, kiszállási díját, valamint a karbantartások során felhasznált alkatrészeket.

Nyertes ajánlattevő feladata további az eseti hibák javítása, e körben szükséges alkatrészek biztosítása is.

Továbbá az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat díját is.

Részletesen, készülékenként:

Készülék megnevezése db Karbantartás során elvégzendő feladatok leírása

EVITA XL lélegeztetőgép 2 1.A készülék általános állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel stb.) beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. etCO2 szenzor)

2.A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ellenőrzése, beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. etCO2 szenzor)

3.A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése.

4. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (karbantartó kit 1y, porszűrő, karbantartó kit 2y, akku kit (belső), akku kit (külső), oxigén szenzor)

5. A működési paraméterek műszeres ellenőrzése a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően. A paraméterek szükség szerinti beállítása.

6. A készülék paramétereinek dokumentálása, a Dräger belső rendszerében.

7. 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése.

FABIUS GS altatógép 3 1.A készülék általános állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel stb.) beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó)

2.A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ellenőrzése, beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. karbantartó kit, váladék szívó, O-gyűrű, porszűrő, nafion cső, baktériumszűrő, páracsapda, szűrő AGS)

3.A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése.

4. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (karbantartó kit Fabius 2y, oxigén szenzor, porszűrő SCIO, nafioncső SCIO, baktériumszűrő SCIO, AGS szűrő, O-gyűrű Fabius páracsapda)

5. A működési paraméterek műszeres ellenőrzése a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően (pl. gázelemző egység ellenőrzése teszt gázzal) A paraméterek szükség szerinti beállítása.

6. A készülék paramétereinek dokumentálása, a Dräger belső rendszerében.

7. 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése.

PRIMUS altatógép 3 1.A készülék általános állapotának ellenőrzése (törések, sérülések, hálózati kábel stb.) beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (pl. váladék szívó)

2.A készülék öntesztjének lefuttatása, működő képességének ellenőrzése, beleértve a tartozékokat is, amennyiben elérhetőek. (páracsapda, karbantartó kit, szűrő AGS, porszűrő tápegység)

3.A készülék naplójának letöltése, elemzése. Hibára utaló bejegyzések keresése.

4. A gyártó által a készülék életkora szerint meghatározott karbantartási anyagok cseréje. (páracsapda, szűrő AGS, porszűrő tápegység, karbantartó KIF Primus breathing system 2 éves, karbantartó kit priumus 2 éves)

5. A működési paraméterek műszeres ellenőrzése a gyártó által megadott határértékeknek megfelelően (pl. gázelemző egység ellenőrzése teszt gázzal) A paraméterek szükség szerinti beállítása.

6. A készülék paramétereinek dokumentálása, a Dräger belső rendszerében.

7. 4/2009 (III.17.) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat elvégzése, jegyzőkönyvezése.

Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 36 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a hibajavítás megkezdése érdekében.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.000.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig.

Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra)	10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség 90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerzőpont alszerzőpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30

Rezsiorádij (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30

Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 3 - Patológiai osztályon található mikrotómok karbant

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Patológiai osztályon található mikrotómkarbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében:

Az alábbi műszerek átalánydíjas (nettó Ft/év) javítása, karbantartása:

- 1 db Varistain Gemini
- 1 db Pathcentre
- 1 db FSE kriosztát
- 1 db STP120 víztelenítő
- 1 db Finesse 325
- 1 db Microm HM400
- 1 db Histoslide 2000
- 1 db Leica SM 2000R

Az átalánydíj összege magában foglalja a felsorolt műszerek éves karbantartását, valamint a szerződés időtartama alatt elvégzett a karbantartás körében elvégzett javítások munkadíját, valamint a kiszállási díjat.

Az eseti javítás esetén a kiszállás költségei, munkadíja, valamint a felhasznált alkatrészek ára külön számlázásra kerül.

Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 36 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a hibajavítás megkezdése érdekében.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.000.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig.

Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra) 10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerzőpont alszerzőpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30

Rezsioradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30

Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 4 - Digitális patológiai rendszer karbantartása, javít

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Digitális patológiai rendszer meghatározott időközönkénti ellenőrzése, karbantartása, javítása vállalásos szerződés keretében:

A Soproni Gyógyközpont tulajdonában lévő digitális patológiai rendszer előre meghatározott időközönkénti ellenőrzése, karbantartása és eseti javítása.

Eszközök, gépek, berendezések listája:

1 db panoramic P250 flash II BR

1 db fujitsu computer + egér + billentyűzet

Időközönkénti ellenőrzés:

- Ajánlatkérő telephelyén hat havi gyakorisággal kell ellenőrizni a rendszert, évente összesen kettő alkalommal.

Szükséges tevékenység: gyártói előírások és a mindenkori hatályos jogszabályok által meghatározott ellenőrzési feladatok elvégzése.

A teljes rendszer felülvizsgálatának elvégzését a lehető legrövidebb idő alatt kell elvégezni. A felülvizsgálat időpontjait előre egyeztetni szükséges Ajánlatkérő képviselőjével.

Karbantartási és eseti megrendelések, eseti munkavégzés, javítás:

- Az átalányárba nem tartozó eseti tevékenységek azok befejeztével, külön számlázásra kerülnek. Ezen tevékenységek elvégzése minden esetben Ajánlatkérő írásbeli megrendelése alapján történik.

Az elszámolás alapját képezik az Ajánlattevő által megajánlott egységárak (óradíj és kiszállási díj), valamint a felhasznált anyagok ára.

A rezsianyagok költségét a díjak tartalmazzák.

Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 24 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a hibajavítás megkezdése érdekében.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 1.500.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig.

Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 12 óra, értékelt legrosszabb: 24 óra) 10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók

Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerzőpont alszerzőpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 5 - Toshiba és Medisor gyártmányú röntgen berendezések

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Toshiba és Medisor gyártmányú röntgen berendezések karbantartása, javítása vállalkezési szerződés keretében:

Berendezések gyártó által előírt karbantartása és javítása

Eszközök listája:

A:

Toshiba KXO-50F röntgen generátor
Toshiba Cosmos felvételi szerkezet
Toshiba KXO-50F röntgen generátor
Toshiba DST-100 mennyezeti felvételi szerkezet
Toshiba Combi Elevator vizsgáló asztal
Toshiba GWS-80 álló felvételi szerkezet
Toshiba KCD 10M kórtermi mobil röntgen berendezés (3db)

B:

Toshiba KXO-80F röntgen generátor
Toshiba DST-100 mennyezeti felvételi szerkezet
Toshiba Fluorex Remote átvilágító szerkezet

C:

Innomed TOP-X650 HF röntgen generátor
Contol-X CS 2000 Tomo rétegfelvételi szerkezet
Control-X BS 2000 álló felvételi szerkezet
Siemens Polymat 50 röntgen generátor
Medisor UV-6 átvilágító szerkezet TV láncsal
Innomed TOP-X 650 HF röntgengenerátor
Toshiba Cosmos felvételi szerkezet

Várisi út

Innomed TOP-X 650 HF röntgen generátor
Medisor UV-56 átvilágító szerkezet
Medisor Combi-X felvételi szerkezet
Medisor BA42 távfelvételi szerkezet

A röntgen berendezés folyamatos, megrendelő igénye szerint, valamint a gyártó által előírt elvégzendő karbantartás körében ellátandó feladatok (A: évi 4; B és C: évi 2 alkalommal):

- gyártó által előírt karbantartás a karbantartási rezszi anyagokkal együtt
- berendezés belső tisztítása
- elektromos paraméterek ellenőrzése
- biztonsági funkciók ellenőrzése
- Nyertes Ajánlattevő köteles a hibabejelentéshez munkanapokon (hétfőtől - péntekig), és munkaidőben 8-16 óra közt ügyfélszolgálat üzemeltetésére
- Rendes munkaidőben a hibabejelentést követő 3 órán belül a szerviz mérnöke köteles telefonon jelentkezni a berendezés kezelőjénél a hibajelenség pontosítása, illetve esetleges hibaelhárítás céljából.
- Meghibásodás esetén a javítási munkát rendes munkaidőben a bejelentéstől számított (ajánlattevő megajánlása szerint, azzal, hogy min. 24 óra - max 48 óra ajánlható meg) órán belül meg kell kezdeni. Hétfőjét, illetve hivatalos ünnepet megelőző napon történő hibabejelentés esetén a javítás megkezdése a munkaszüneti napot követő első munkanapon történik.

Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 48 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a

hibajavítás megkezdése érdekében.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 3.500.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 48 óra) 10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerzőpont alszerzőpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30

Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 30

Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 30

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 6 - Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok ka

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok karbantartása, javítása vállalkozási szerződés keretében:

Berendezések évente 1 alkalommal történő karbantartása az alábbiak szerint:

Eszközök listája:

Központi laboratórium – évente két alkalommal

Leitz HM-Lux

Hund sztereomikroszkóp

C.Zeiss Laboval -4

C.Zeiss Laboval -3

Olympus CH-2

Zeiss Axiolab fluorescens

C.Zeiss Amplival
C.Zeiss Ergaval

Gyerekosztály - évente egy alkalommal
Hund Medicus
Zeiss Standard-20

Neurológia - évente egy alkalommal
C.Zeiss Laboval -4

Pathológia - évente egy alkalommal
Zeiss Axioscope
Zeiss CHS
Zeiss Jenamed
Olympus CX-40 (2db.)
Olympus CH-20 (3 db.)
Zeiss standard 25
BX 51
Leica (2 db.)
Nicon exlips (1 db)

- műszerek tisztítása
- mechanikai, optikai és elektromos ellenőrzés
- a működés ellenőrzése
- eseti jelleggel elvégezhető javítások
- szükség esetén a kezelő személyzet felvilágosítása a műszer megfelelő használatáról

Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 72 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a hibajavítás megkezdése érdekében.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 100.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése - és a szerződéses időszakban felmerült igényei - alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig. Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés

Súlyszám / Jelentőség

Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 72 óra) 10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség

90

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerpont alszerpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) - Súlyszám: 30

Rezsioradíj (nettó Ft/óra/fő) - Súlyszám: 30

Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) - Súlyszám: 30

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 7 - Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

EKR000422352022

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása vállalozási szerződés keretében:

Az alábbi eszközök tervszerű, rendszeres karbantartási és szükség esetén hibajavítási feladatainak elvégzése.

Eszközök listája:

GETINGE HS6610 ER-2 gőzsterilizáló
 GETINGE HS6610 ER-2 gőzsterilizáló
 GETINGE HS6610 T LTSF ER-2 gőz - formaldehid sterilizáló

Nyertes ajánlattevő köteles az Eszközök, azok gyártója által előírt karbantartási munkálatokat (továbbiakban: Karbantartási Munkák) elvégezni, figyelemmel a jogszabályokban előírt kötelezettségekre is, a gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és terjedelemben.

Nyertes ajánlattevő köteles a Karbantartási Munkákat a Megrendelővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen elvégezni azzal, hogy a munkavégzés hétfőtől csütörtökig 8.00 és 17.00 között, míg pénteken 8.00 és 14.30 óra között történik.

Nyertes ajánlattevő köteles az Eszközök gyártója által kiadott kötelező biztonságtechnikai és üzembiztonsági módosításokat, a gyártó által adott határidőben, ennek hiányában a soron következő Karbantartási Munkák elvégzésekor, külön díjazás nélkül elvégezni.

HIBAJAVÍTÁSI FELADATOK

Nyertes ajánlattevő köteles az Eszközök meghibásodása esetén az Eszközök hibajavításával kapcsolatos munkákat (továbbiakban: Hibajavítás) elvégezni, ha ezen munkák elvégzésére, amennyiben erre a Megrendelőtől írásos megrendelést kap.

Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 36 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a hibajavítás megkezdése érdekében.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 5.000.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése – és a szerződéses időszakban felmerült igényei – alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig.

Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 24 óra, értékelt legrosszabb: 36 óra)	10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség	90
-----------------------	----

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerpont alszerpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30

II.2) Meghatározás

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 8 - Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, j

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód(ok):

50420000-5

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód(ok):

HU221 Győr-Moson-Sopron

A teljesítés fő helyszíne: 9400 Sopron, Győri út 15.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, javítása vállalozási szerződés keretében:

Berendezések rendszeres karbantartása, javítása

Eszközcsoport megnevezése

Altató-lélegeztető berendezés 16 db

Betegőrző monitor 72 db

Inkubátor 19 db

Defibrillátor 33 db

Ekg 52 db

Infúziós pumpa 126 db

Fizioterápia 127 db

Nagyfrekvenciás sebészeti vágókészülék 25 db

Vérmelegítő 3 db

Egyéb fizioterápiás eszközök 20 db

Holter ekg 10 db

ABPM készülék 16 db

Gőzsterilizátor 50l alatt 11 db

Hőlégmenterizátor 7 db

Pulzoximéter 8 db

Összesen: 545 db

Nyertes ajánlattevőnek Ajánlatkérő bejelentését követően munkanapokon legkésőbb 8 órán belül a helyszínen meg kell jelennie a hibajavítás megkezdése érdekében.

Eseti hibajavítás és anyagköltség keretösszege: 9.450.000,- Ft/év

A szerződés aláírása Megrendelő részéről nem jelent megrendelési kötelezettséget az eseti hibajavítás és anyagköltség tekintetében és kötelezettségvállalást a keretösszeg maradéktalan felhasználására. Megrendelő saját döntése - és a szerződéses időszakban felmerült igényei - alapján jogosult ezen munkák vonatkozásában eseti megrendeléseket adni legfeljebb a keretösszeg erejéig.

Megrendelő az eseti megrendelésre kerülő munkák tekintetében kizárólag a ténylegesen megrendelt és Vállalkozó által elvégzett munkák ellenértékét fizeti meg Vállalkozó részére a szerződésben szereplő díjak alapján.

A részletes előírásokat a Közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Műszaki leírás tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Minőségi kritérium: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
Hibajavítás esetén helyszíni kiszállásra vállalt határidő munkanapokon (értékelt legjobb: 5 óra, értékelt legrosszabb: 8 óra)	10
M/2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)	10

M/2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0 hónap, max. 60 hónap)

10

Költség kritérium: Nem

Ár kritérium: Igen

Súlyszám / Jelentőség

70

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.14) További információ:

Ár értékelési részszerpont alszerpontjai:

Karbantartási átalánydíj (nettó Ft/év) – Súlyszám: 30

Rezsioradíj (nettó Ft/óra/fő) – Súlyszám: 20

Kiszállási díj (nettó Ft/alkalom) – Súlyszám: 20

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban meghatározott szakmai tapasztalat alatt az alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában előírt szakmai tapasztalatot érti.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás Igen

Gyorsított eljárás Nem

Meghívásos eljárás Nem

Tárgyalásos eljárás Nem

Versenypárbeszéd Nem

Innovációs partnerség Nem

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet) Nem

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra Nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak Nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

2022/S 079-212816

(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése: 1 - Siemens készülékek karbantartása, javítása

A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: Nem

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): Igen

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el Nem

Rész száma, elnevezése: 2 - Dräger készülékek karbantartása, javítása

A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: Nem

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): Igen

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el Nem

Rész száma, elnevezése: 3 - Patológiai osztályon található mikrotómok karbantartása

A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: **Nem**

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): **Igen**

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el **Nem**

Rész száma, elnevezése: 4 - Digitális patológiai rendszer karbantartása, javít

A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: **Nem**

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: **Nem**

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): **Igen**

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el **Nem**

Rész száma, elnevezése: 5 - Toshiba és Medicor gyártmányú röntgen berendezések

A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: **Nem**

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: **Nem**

Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): **Igen**

Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el Nem

Rész száma, elnevezése: 6 - Különböző gyártmányú laboratóriumi mikroszkópok ka
A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: Nem
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): Igen
Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el Nem

Rész száma, elnevezése: 7 - Sterilizáló berendezések karbantartása, javítása
A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: Nem
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): Igen
Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el Nem

Rész száma, elnevezése: 8 - Különböző orvostechnikai eszközök karbantartása, j
A szerződés száma: Szerződés/rész odaítélésre került: Nem

V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ

A szerződés/tétel nem került odaítélésre

Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították: Nem
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették): Igen
Hirdetmény hivatkozási száma(év és a dokumentum száma): 2022-006445

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint): 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: Nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

Ajánlatkérő 2022.05.24. napján visszavonta

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név:
Postai cím:
Város: Postai irányítószám: Ország
E-mail: Telefon:
Internetcím: (URL) Fax:

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592
Internetcím: (URL) www.kozbeszerzes.hu Fax: +36 18828593

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

2022.05.25 (A rendszer automatikusan tölti)

Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.

D1. melléklet

D1. melléklet - Általános beszerzés

Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

2014/24/EU irányelv

(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)

3. Magyarázat